



Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
Koprivnica, Željka Selinger 1

Koprivnica, 12. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica objavljuje :

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Predmet nabave: Laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal

Evidencijski broj nabave: 4/2017

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica je na svojoj internet stranici dana 30. lipnja 2017. godine objavila prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od deset dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica zaprimila od strane više zainteresiranih gospodarskih subjekata upite za izmjenama i dopunama dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za nabavu laboratorijskih reagensa i laboratorijskog i hematološkog potrošnog materijala. Temeljem članka 198. stavak 4., nakon provedenog savjetovanja Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica razmotrila je sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te na temelju toga izrađuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te stavlja odgovor na raspolaganje svim gospodarskim subjektima.

Gospodarski subjekt 1.

Vezano za prethodno savjetovanje za predmet nabave „Laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal“, grupa 3, predlažemo sljedeće:

1. Predlažemo da se kao obavezni kriterij stavi nuđenje NOVIH analizatora kako bi svi ponuditelji imali iste uvjete.
2. Predlažemo izmjenu troškovnika u vidu prebacivanja stavke 10 iz grupe 3 u grupu 2 te njeno preimenovanje u NT-proBNP. Ovo obrazlažemo preporukom HKD, HDH i KOHOM-a da se spomenuti parametar koristi kao prva linija u dijagnostici zatajivanja srca (smjernice u prilogu) te po potrebi prilagodba plana nabave
3. Predlažemo da se iz grupe 3 makne „detekcija mjehurića na igli za uzorke“ obzirom da kod nekih proizvođača nije potrebna predpriprema u vidu miješanja reagensa te se samim time mjehurići nestvaraju.