Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Koprivnica, Željka Selingera 1

Koprivnica, 12. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek" Koprivnica objavljuje :

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Predmet nabave: Laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal

Evidencijski broj nabave: 4/2017

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica je na svojoj internet stranici dana 30. lipnja 2017. godine objavila prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od deset dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica zaprimila od strane više zainteresiranih gospodarskih subjekata upite za izmjenama i dopunama dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za nabavu laboratorijskih reagensa i laboratorijskog i hematološkog potrošnog materijala. Temeljem članka 198. stavak 4., nakon provedenog savjetovanja Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica razmotrila je sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te na temelju toga izrađuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te stavlja odgovor na raspolaganje svim gospodarskim subjektima.

Gospodarski subjekt 1.

Vezano za prethodno savjetovanje za predmet nabave „Laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal", grupa 3, predlažemo sljedeće:

1. Predlažemo da se kao obavezni kriterij stavi nuđenje NOVIH analizatora kako bi svi ponuditelji imali iste uvjete.

2. Predlažemo izmjenu troškovnika u vidu prebacivanja stavke 10 iz grupe 3 u grupu 2 te njeno preimenovanje u NT-proBNP. Ovo obrazlažemo preporukom HKD, HDH i KOHOM-a da se spomenuti parametar koristi kao prva linija u dijagnostici zatajivanja srca (smjernice u prilogu) te po potrebi prilagodba plana nabave

3. Predlažemo da se iz grupe 3 makne „detekcija mjehurića na igli za uzorke" obzirom da kod nekih proizvođača nije potrebna predpriprema u vidu miješanja reagensa te se samim time mjehurići ne stvaraju.

4. Molimo pojašnjenje kriterija potrošnja vode — misli li se na prosječnu potrošnju na sat?

5. Predlažemo da se kao kriterij bodovanja osim potrošnje vode obavezno boduje ponuditelj koji može na jednoj platformi /aparatu/ testirati testove iz podloga 2 i 3 upravo zbog ekonomičnosti u potrošnji vode kao i ljudskog kadra.

6. Predlažemo i bodovanje protoka ponuđenog integriranog sustava. Osim minimalnih zahtjeva navedenih ispod tablice predlažemo dodatno boduju i protok iznad 1000 analiza na sat. Analizator koji ima veći protok osigurava brže dobivanje rezultata, smanjuje se vrijeme rada analizatora kao i potrošnja vode, struje itd.

7. Predlažemo da u troškovniku "uvećate" količine testova za potrebe kontrola kako bi predmet nabave bio jasan. Naime, s obzirom da zahtijevate kontrole minimalno dva puta dnevno u dva nivoa za biokemijske pretrage i jedan puta tjedno u dva nivoa za imunokemijske pretrage kod nekih biokemijskih i imunokemijskih parametara koji se "sporadično" rade trebalo bi ponuditi "više testova za kontrole" nego što se licitira, odnosno odrađuje analiza. Taj podatak je naručitelju poznat i može ga definirati. Jedino mu nije poznat podatak koliko bi svaki ponuditelj trebao koristiti testova za kalibraciju shodno tehnologiji koju nudi te molimo izmjenu u smislu da dodatak troškovnika /zasebna tablica/ osim traženog potrošnog materijala ne sadrži materijal /testove/ za kontrole. Ili da se za sve testove jasno navede koliko cesto se kontrolira.

Odgovor naručitelja:

1. Zahtjev se odbija

2. Zahtjev se odbija

3. Uvjet se mijenja na način: „Detekcija nivoa tekućine te detekcija ugruška i/ ili mjehurića na igli za uzorke

4. Odnosi se na deklariranu potrošnju vode

5. Zahtjev se odbija

6. Zahtjev se odbija

7. Prijedlog se uvažava na način da se u napomenama za grupe 1, 2 i 3 uvodi zahtjev da se testovi koji će se utrošiti za kontrole i kalibracije moraju dodatno ponuditi.

Gospodarski subjekt 2.

Sukladno objavljenom Savjetovanju za nabavu Laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal šaljemo naše prijedloge za izmjenom objavljene dokumentacije I troškovnika.

DON
1. Molimo Vas izmjenu za točku 6.7.1.1 Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti za odabir ponude za grupu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 pod stavkom b. Kriterij potrošnje vode koji se nudi, s obzirom da za svaku grupu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 11 različiti su načini potrošnje vode, uvođenjem istog kriterija potrošnje vode za bodovanje vrijednosti kroz sve navedene grupe, u

neravnomjeran i nejednak položaj dovodi se korištenje bodovanje na temelju potrošnje vode za sve grupe.
Molimo Vas izmjenu na način da se ukloni kriterij potrošnje vode kao jedan od načina bodovanja vrijednosti navedenog javnog nadmetanja, te da se sukladno objavljenim troškovnicima definiraju kriteriji po pojedinoj grupi.

2. Molimo Vas izmjenu za točku 6.7.1.1 Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti za odabir ponude za grupu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 pod stavkom c. Kriterij posjedovanja certifikata na način da se iz bodovanja ukloni GDP certifikat s obzirom da navedeni certifikat nije pokazatelj dobre kvalitete laboratorijskih reagensa i laboratorijskoga materijala koji su predmet nabave, već se koristi u prometu lijekova.

3.
Grupa 1: Laboratorijski reagensi i potrošni laboratorijski materijal za biokemijske pretrage:

a) Molimo Vas izmjenu godišnje okvirne količine testova za stavku 26. HbA1c reagens s 17 000 testova na 5000 testova, s obzirom da je na prošlom poništenom otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave: 3/2016 „Nabava laboratorijskih reagensa i laboratorijskog i hematološkog potrošnog materijala, pod grupom 2. laboratorijski reagensi i potrošni laboratorijski materijal za biokemijske pretrage za stavku 26. HbA1c reagens traženo 5000 testova.

b) Molimo Vas izmjenu sljedeće tehničke karakteristike pod Grupom 1: Laboratorijski reagensi i potrošni laboratorijski materijal za biokemijske pretrage:

"Detekcija nivoa tekućine na svim iglama te detekcija ugruška/mjehurića na igli za uzorke" u Detekcija nivoa tekućine na svim iglama te detekcija ugruška i/ ili mjehurića na igli za uzorke.

4.
Grupa 7: Laboratorijski reagensi i potrošni laboratorijski materijal za urinske pretrage:

a) Molimo Vas promjenu tehničke karakteristike analizatora: "Brzina modula za kemijsku analizu min. 200 uzoraka/h a za mikroskopski modul min.100 uzoraka/h. Potreban volumen uzorka u epruveti max. 3 mL"
u:
Brzina modula za kemijsku analizu min. 200 uzoraka/h a za mikroskopski modul min.100 uzoraka/h. Potreban volumen uzorka u epruveti 4 mL.

Odgovor naručitelja:

1. Kriterij potrošnje vode se mijenja na način da se odnosi samo na grupe 1, 2 i 3.

2. Kriterij bodovanja certifikata se mijenja tako da ponuđač koji posjeduje GDP ili ISO certifikat dobiva maksimalni broj bodova po ovom kriteriju.

3a. Zahtjev se prihvaća

3b. Zahtjev se prihvaća

4. Zahtjev se prihvaća

Gospodarski subjekt 3.

Poštovani dana 30.06.2017. godina na stranicama Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica objavljeno je prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima pod nazivom Laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal.
U vidu dobivanja kvalitetnih ponuda od što većeg broja ponuđača predlažemo sljedeće:

1. Molba za izmjenu napomena vezano za grupu 3
Stavke tablice 33, 34 i 35 su elektroliti a ne stavke 32, 33 i 34, stoga molimo da se korigira obrazloženje ispod tablice iz sadašnje: „Stavka 32., 33. i 34. mogu podrazumijevati objedinjenu tehnologiju u obliku modula sa godišnjim brojem testova 15.000." u predloženu rečenicu: „Stavka 33., 34. i 35. mogu podrazumijevati objedinjenu tehnologiju u obliku modula sa godišnjim brojem testova 15.000."

2. Molimo da se izmjeni zahtjev iz postojećeg „Mogućnost STAT pozicije (prioritetne pozicije) za min. 20 uzoraka." U „Mogućnost STAT pozicije (prioritetne pozicije) za min. 8 uzoraka."

3. U dodatnim napomenama ispod tablice za grupu 3 navedena je brzina biokemijskog analizatora, molimo da se brzina bolje definira i doda tekst (uključujući elektrolite) tako da cijela napomena bude: „biokemijskih analiza (uključujući elektrolite) min 600/h"

4. Radi usporedivosti ponuda između ponuda različitih proizvođača bilo bi dobro da se broj testova koji je potrebno utrošiti za kalibracije doda na postojeći broj testova. Na taj način bi se dobila točnija procjena ukupne godišnje potrošnje. Iz tog razloga molimo da se doda rečenica: „ Testovi koje je potrebno utrošiti za potrebe kalibracije prema preporukama proizvođač moraju se dodatno ponuditi" Te izbrisati „Kalibracija reagensa vezana uz lot reagensa, vremenski neograničena ili mogućnošću neograničenog broja produljenja bez dodatne kalibracije."
Te molimo da ukoliko je moguće da se ukloni rečenica: „Mogućnost automatske detekcije grešaka i kvarova u sustavu sa prikazom mogućih rješenja otklanjanja kvara."

5. Molimo da se korigira sustav bodovanja certifikata na način da se uvede kriterij ima ili nema ISO ili GDP certifikat. Ocjenjujemo da je za segment poslovanja narudžbi i isporuka robe najvažniji GDP certifikat jer on definira kvalitetu u segmentu skladištenja i distribucije robe. Stoga predlažemo da ponuditelj koji ima ili ISO ili GDP certifikat boduje s 10 bodova a da se ponuditelju koji ne posjeduje niti ISO niti GDP certifikat dodijeli 0 bodova.
Predlažemo da se sustav bodovanja izmjeni na način da se uvedu dodatni kriteriji za bodovanje te da se poveća udio koji nose bodovi s dosadašnjih 20% na 30%.
Kriterij potrošnje vode nije primjenjiv na sve grupe već na grupe koje imaju za cilj davanje analizatora na korištenje koji troše vodu. Stoga predlažemo da se kriterij ograniči na grupe: 1, 2 i 3. Te predlažemo da se smanji broj bodova koji nosi ovaj kriterij s postojećih 10 bodova na 5 bodova a raspodjela da izmjeni da ponuda uređaja koji troši do 10 litara vode na sat dobije 5 bodova ponuda uređaja koji troši od uklj.10 do 20 litara dobije 2 boda i ponuda za uređaj koji troši uklj.20 i više litara vode dobije 0 bodova.

6. Prijedlog za dodane kriterije za bodovanje za grupu 3:
Da se vrednuju sustavi koji mogu sortirati uzorke na način da 5 bodova dobiju oni sustavi koji mogu sortirati uzorke a 0 bodova koji nemaju tu mogućnost
Da se vrednuju analizatori koji i nakon integracije mogu neovisno raditi tako da u slučaju kvara na jednom od analizatora (biokemijski ili imunokemijski) drugi nesmetano radi. Na način da 5 bodova dobiju oni sustavi koji imaju neovisne analizatore a 0 bodova koji nemaju tu mogućnost.

Da se vrednuju analizatori (i biokemiski i imunokemijski) koriste jednokratne kivete. Na ovaj način se smanjuje mogućnost interferencije zbog pranja kiveta. Na način ako oba analizatora imaju jednokratne kivete da se dodjeljuje5 bodova ako tu mogućnost ima samo jedan da se dobije 0 bodova.

Odgovor naručitelja:

1. Zahtjev se prihvaća

2. Zahtjev se prihvaća

3. Zahtjev se prihvaća

4. Zahtjev se prihvaća

5. Zahtjev se prihvaća

6. Zahtjev se prihvaća

Gospodarski subjekt 4.

Obraćamo vam se vezano uz prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje ste objavili na svojoj web stranici, a za Otvoreni postupak javne nabave, Predmet nabave: Laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal.

1. Procijenjena vrijednost grupe 4. ABS iznosi 70.000,00 kn. Naime procijenjena vrijednost otvorene javne nabave u 2015. godini za isti predmet nabave tj. ABS te za količinu od 5.500 testova, bez šprica bila je 170.000,00 kn, a sada za količinu uvećanu za gotovo 30% te dodane šprice predviđate procijenjenu vrijednost gotovo 60% manju.
Stoga Vas molimo da iznos procijenjene vrijednosti koji je sastavni dio dokumentacije izmijenite u realan iznos.

2. Također u natječajnoj dokumentaciji stoji da je kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude posjedovanje ISO i GDP certifikata.
Molimo da se pojasni bodujete li posjedovanje navedenih certifikata od strane proizvođača ili od strane ponuditelja?
Ukoliko se posjedovanje certifikata odnosi na ponuditelja, prihvaćate li certifikate koje posjeduje proizvođač ukoliko je ponuditelj direktan predstavnik proizvođača u Hrvatskoj , a ne distributer?

Odgovor naručitelja:

1. Zahtjev se ne prihvaća

2. Bolnica ima ugovorni odnos s ponuditeljem stoga se od ponuditelja traži da posjeduje certifikate, a ne proizvođač

Sve navedene primjedbe će se uzeti u obzir prilikom izrade natječajne dokumentacije.

Odsjek za nabavu:
Danijel Jurašić, mag.oec.

OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" Koprivnica Odjel ekonomsko financijskih poslova Odsjek za nabavu