



Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
Koprivnica, Željka Selinger 1

Koprivnica, 20. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica objavljuje :

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Predmet nabave: Digitalni RTG aparat za Objedinjeni hitni bolnički prijem, RTG uređaj intraoperacijski (C luk) za Djelatnost operacije i mobilni digitalni rtg uređaj za Jedinicu intenzivnog liječenja

Evidencijski broj nabave: 26/2017

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica je na svojoj internet stranici dana 13. srpnja 2017. godine objavila prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet (5) dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica zaprimila od strane jednog zainteresiranog gospodarskog subjekata prijedlog za izmjenama i dopunama dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave za nabavu digitalnog RTG aparata za Objedinjeni hitni bolnički prijem, RTG uređaja intraoperacijski (C luk) za Djelatnost operacije i mobilnog digitalnog rtg uređaja za Jedinicu intenzivnog liječenja. Temeljem članka 198. stavak 4., nakon provedenog savjetovanja, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica razmotrila je sve primjedbe i prijedloge zainteresiranog gospodarskog subjekata, te na temelju toga izrađuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te stavlja odgovor na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Gospodarski subjekt 1.

Gospodarski subjekt u nastavku iznosi prijedloge vezano za uvodno navedeno savjetovanje:

1. Obzirom da se radi o nemedicinskoj dodatnoj opremi molimo da unesete u Dokumentaciju o nabavi napomenu za GRUPU1 da se iznimno točke 8.3., 8.4., 8.5., sve stavke iz točke 9. OSTALO 1 i sve stavke iz točke 10. OSTALO 2 mogu dokazati katalogom ponuđenih proizvoda koji nisu ovjereni.
2. Točkom 2.1. GRUPE 1 traženo je: Longitudinalni pomak stativa min. 415 cm