



Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
Koprivnica, Željka Selinger 1

Koprivnica, 20. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica objavljuje :

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Predmet nabave: Digitalni RTG aparat za Objedinjeni hitni bolnički prijem, RTG uređaj intraoperacijski (C luk) za Djelatnost operacije i mobilni digitalni rtg uređaj za Jedinicu intenzivnog liječenja

Evidencijski broj nabave: 26/2017

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica je na svojoj internet stranici dana 13. srpnja 2017. godine objavila prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet (5) dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica zaprimila od strane jednog zainteresiranog gospodarskog subjekata prijedlog za izmjenama i dopunama dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave za nabavu digitalnog RTG aparata za Objedinjeni hitni bolnički prijem, RTG uređaja intraoperacijski (C luk) za Djelatnost operacije i mobilnog digitalnog rtg uređaja za Jedinicu intenzivnog liječenja. Temeljem članka 198. stavak 4., nakon provedenog savjetovanja, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica razmotrila je sve primjedbe i prijedloge zainteresiranog gospodarskog subjekata, te na temelju toga izrađuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te stavlja odgovor na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Gospodarski subjekt 1.

Gospodarski subjekt u nastavku iznosi prijedloge vezano za uvodno navedeno savjetovanje:

1. Obzirom da se radi o nemedicinskoj dodatnoj opremi molimo da unesete u Dokumentaciju o nabavi napomenu za GRUPU1 da se iznimno točke 8.3., 8.4., 8.5., sve stavke iz točke 9. OSTALO 1 i sve stavke iz točke 10. OSTALO 2 mogu dokazati katalogom ponuđenih proizvoda koji nisu ovjereni.
2. Točkom 2.1. GRUPE 1 traženo je: Longitudinalni pomak stativa min. 415 cm



Obzirom na veličinu sobe u koji je planiran smještaj RTG uređaja te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču RTG uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 2.1. glasi:

„Longitudinalni pomak stativa min. 345 cm“

3. Točkom 2.5. GRUPE 1 traženo je: Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min. od +120°/-140°

Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču RTG uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 2.5. glasi:

„Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min. od +120°/-120°“

4. Točkom 2.12. GRUPE 1 traženo je: APR komunikacija između monitora na nosaču RTG cijevi i generatora

Obzirom na minimalno odstupanje i činjenicu da je osnovna funkcionalnost zadovoljena, a svaki proizvođač definira internu komunikaciju pojedinih dijelova sustava na svoj specifičan način te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču RTG uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 2.12. glasi:

„Komunikacija između monitora na nosaču RTG cijevi i generatora“

5. Točkom 4.11. GRUPE 1 traženo je: Elektromagnetske kočnice
Obzirom na minimalno odstupanje i činjenicu da je osnovna funkcionalnost zadovoljena, a svaki proizvođač definira specifičan način kako će pojedinu funkcionalnost izvrsti te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču RTG uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 4.11. glasi:

„Kočnice“


6. Točkom 6.1. GRUPE 1 traženo je: Bucky vertikalni hod min. 140 cm
Obzirom na minimalno odstupanje od svega 4 cm te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču RTG uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 6.1. glasi:

„Bucky vertikalni hod min. 136 cm“

7. Točkom 2.6. GRUPE 3 traženo je: Pulsna dijaskopija - maks. broj pulseva u sekundi: min. 25 p/s sa minimalnim odabirom pet brzina
Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču C-lukova uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 2.6. glasi:

„Pulsna dijaskopija - maks. broj pulseva u sekundi: min. 15 p/s“

8. Točkom 2.7. GRUPE 3 traženo je: Programirani anatomske programi
Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču C-lukova uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 2.7. glasi:



„Programirani anatomski programi ili korisnički programi u ovisnosti o primjeni“

9. Točkom 4.6. GRUPE 3 traženo je: Pulsna dijaskopija od min. 25 pulseva u sekundi
Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču C-
lukova uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 4.6.
glasi:

Pulsna dijaskopija od min. 15 pulseva u sekundi

10. Točkom 4.8. GRUPE 3 traženo je: „Cine loop“ sa min. 8 sličica u sekundi sa „auto
playback“ funkcijom za arhiviranje i prikaz
Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču C-
lukova uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 4.8.
glasi:

„Cine loop“ sa „auto playback“ funkcijom za arhiviranje i prikaz“

11. Točkom 5.6. GRUPE 3 traženo je: Zoom min. 3 razine, rotacija slike, inverzija sive
skale, cropping slike, filter za pojačavanje rubova min. 5 razina
Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču C-
lukova uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 5.6.
glasi:

„Zoom min. 2 razine, rotacija slike, inverzija sive skale ili pozitiv/negativ inverzija, filter
za pojačavanje rubova min. 3 razina“

12. Točkom 5.8. GRUPE 3 traženo je: Automatsko podešavanje vizualizacije objekta od
interesa koji nije u samom centru vidnog polja sa automatskom korekcijom utjecaja
metala na kvalitetu slike – navesti komercijalni naziv funkcije
Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste vodećem svjetskom proizvođaču C-
lukova uređaja omogućili ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da točka 5.8.
glasi:

Redukcija metalnih artefakata.

13. U točki 4.2.2. je navedeno da se kao dokaz posjedovanja potvrde o sukladnosti
dostavlja ispunjen ESPD obrazac, a u nastavku iste točke da se potvrda o sukladnosti
dostavlja u ponudi. Molimo ispravak na način da se potvrda o sukladnosti dostavlja
naknadno kao ažurirani popratni dokument, a ne u ponudi.

14. Točkom 6.10.1.1. propisano je da je rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude **30 dana
duži od roka valjanosti ponude**. Molimo izmjenu navedenog dijela na način da je rok
valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude najmanje do isteka roka valjanosti ponude s
obzirom da naručitelj na ovaj način postrožuje zakonske odredbe.

15. Molimo pojasniti treba li se dokumentacija iz točke 7.1. (Uvjeti sukladno posebnim
propisima) dostavljati u ponudi ili na zahtjev naručitelja prema odabranom ponuditelju.

16. Točkom 7.5.3. navedeno je da je pregled prostora moguć zaključno sa šestim danom
prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. S obzirom da nije riječ o zahtjevu za



dodatnim informacijama/izmjenama/objašnjenjima dokumentacije o nabavi, molimo brisanje navedene odredbe odnosno da je pregled prostora moguć sve do isteka roka za dostavu ponuda.

Odgovori naručitelja:

1. Prijedlog se prihvaća
2. Prijedlog se prihvaća
3. Prijedlog se prihvaća
4. Prijedlog se prihvaća
5. Prijedlog se ne prihvaća
6. Prijedlog se prihvaća
7. Prijedlog se ne prihvaća
8. Prijedlog se prihvaća
9. Prijedlog se ne prihvaća
10. Prijedlog se ne prihvaća
11. Prijedlog se ne prihvaća
12. Prijedlog se ne prihvaća
13. Prijedlog se prihvaća
14. Prijedlog se prihvaća
15. Dokument iz točke 7.1. dokumentacije o nabavi dostavlja se na zahtjev naručitelja prema odabranom ponuditelju
16. Prijedlog se ne prihvaća

Sve navedene primjedbe će se uzeti u obzir prilikom izrade natječajne dokumentacije.

Odsjek za nabavu:
Danijel Jurašić, mag. oec.

